

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Paragominas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2022-00089



Resultado da Homologação

0001 - AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS

Especificação : Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230 rpm, Raio de agitação orbital: 22 mm, Dimensões aproximadas da plataforma: Largura: 224 mm, Altura: 80 mm, Profundidade: 152 mm. - LABOR IMPORT - Valor Referência: 2.069,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ET MARQUES EIRELI - ME	LABOR IMPORT	5 Unidade	710,00	3.550,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi

0002 - BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE.

Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180°). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico ou elétrico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia. Bivolt - NEOSOLUTION - Valor Referência: 27.861,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	NEOSOLUTION	10 Unidade	16.500,00	165.000,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi

0003 - FOCO CIRURGICO MÓVEL COM RODÍZIO

Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possuir nível de luminosidade mínimo de 110.000 lux, filtro calórico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, consumo de energia entre 70 a 100VA, temperatura de cor entre 3.000 a 6.000K, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lambdas sobressalentes, manopla esterilizável extra. Voltagem 110volts ou bivolt - FA APOLLO 03x04 Bulbos Led - Valor Referência: 19.922,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUANNA FREIRE FELIX LTDA	FA APOLLO 03x04 Bulbos Led	12 Unidade	11.500,00	138.000,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi

0005 - INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO

Especificação : Para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura, com tempo de leitura final em 3 horas. CAIXA COM 50 UNIDADES - CLEAN TEST - Valor Referência: 2.300,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CLEAN TEST	100 Unidade	720,00	72.000,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi

0006 - MESA CIRURGICA ELETRICA FORMATO TIPO T

Especificação: chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi, sistema de fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, CHASSI confeccionado em chapas de aço, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, Com Régua Laterais para colocação de acessórios fabricadas em aço inoxidável. TAMPO Radiotransparente dividido em 5 seções, sendo elas: cabeça, renal, dorso, assento e perneiras bipartidas. Movimentos de elevação através de sistema elétrico acionado por controle remoto a cabo e controle de emergência no próprio painel da mesa. MOVIMENTOS: Elevação e Regresso do Tampo Trendelemburg e Reverso Trendelemburg Elevação e Regresso do Dorso Lateral Esquerda e Direita Rotação de Perneiras e Inversão de Perneiras com Cabeceira Deslizamento Longitudinal. Acessórios: 01 jogo de colchonetes injetados em PU, 01 arco de narcose, 01 par de portas coxas, 01 par de suporte de braço, 01 par e ombreira. Capacidade de carga de no mínimo 220 Kg ou superior Dimensões aproximadas (tolerância de +-10%): Comprimento de 2.040 mm: Largura de 550 mm: Altura máxima de 1.000 mm: Altura mínima de 700 mm. - MEC 140 L - Valor Referência: 67.895,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

Página 1 de 2



LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI

MEC 140 L

3 Unidade

46.874,00

140.622,00



Homologado em
26/09/2023 08:27:08
Por: Lomar Loureiro
Garuzzi

0007 - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR.

Especificação : Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infnit, Voltagem 110volts. Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30° (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 22mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 20 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização, 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro) - BLUE1600 - Valor Referência: 4.852,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	BLUE1600	5 Unidade	2.500,00	12.500,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi

0008 - VENTILADOR PULMONAR

Especificação: conforme edital - SV 300 - Valor Referência: 89.532,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	SV 300	10 Unidade	54.900,00	549.000,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi

0009 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA

Especificação : Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara de aproximadamente: 250 litros; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/V) Potência: Tensão: 220V Trifásico; Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Possui entrada analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. CÂMARAS - Câmara interna em formato retangular com capacidade de aproximadamente 200 litros, fabricada em aço inoxidável AISI 316L, e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Possui isolamento térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas. - OHVCB250EL-2P - Valor Referência: 208.854,79

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	OHVCB250EL-2P	2 Unidade	140.000,00	280.000,00	Homologado em 26/09/2023 08:27:08 Por: Lomar Loureiro Garuzzi


Lomar Loureiro Garuzzi
Autoridade Competente

